



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/23-01/883
Ur.broj: 2189-43-06/20-23-2
Virovitica, 27. veljače 2023.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16. i 114/22) i članka 7. Klasa 510-03/21-01/4987, Urbroj: 2189-43-06/2-21-11 od 21. prosinca 2021. godine te Izmjene pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Klasa 510-03/21-01/1460, Urbroj: 2189-43-02/1-9 od 27. travnja 2022. godine, Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: Uređaj za neinvazivnu mehaničku ventilaciju za potrebe Odjela za opću internu medicinu i pulmologiju - 1 komad
Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 7.684,65 EUR (bez PDV-a)
- Evidencijski broj nabave: 66/23.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Virovitica, Ljudevita Gaja 21
- Rok isporuke od sklapanja ugovora: do 60 dana
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati naziv i model ponuđenog uređaja, naziv proizvođača, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji kao i ostale uvjete tražene troškovnikom. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.
Cijena ponude piše se brojkama.
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10, ...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **13. ožujka 2023. godine do 8:00 sati** na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
 - naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - broj i naziv grupe predmeta nabave na koji se ponuda odnosi
 - naznaka „ne otvaraj“

- Razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od datuma ovog Poziva (može biti dostavljena kopija dokumenta).

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je navedeno u zadnjoj točki ovog poziva da je obavezan minimalno dostaviti.

- Provjera sposobnosti:

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: <https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

- Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:
 - popunjen i ovjeren Ponudbeni list
 - popunjen i ovjeren Troškovnik
 - dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 - pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

S poštovanjem

Ravnatelj
Opće bolnice Virovitica
Dinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnici

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST ZA

_____ (navesti naziv predmeta nabave)

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____

- adresa _____

- OIB¹ _____

- broj računa _____

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE

- adresa za dostavu
pošte _____

- adresa e-pošte _____

- kontakt osoba ponuditelja _____

- broj telefona _____ broj faksa _____

- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ EUR

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ EUR

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ EUR

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
 Ljudevita Gaja 21
 33000 Virovitica

TROŠKOVNIK

OPIS PREDMETA NABAVE		KOLIČINA	CIJENA (EUR)
Ponuđeno (upisati naziv i model ponuđenog predmeta nabave te naziv proizvođača):			
		1 komad	
Red. br.	MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	ZADOVOLJ AVA (da/ne)	POTVRDA KARAKTERISTIKA / br. stranice u priloženom katalogu
1.	Primjena kod odraslih i djece u invazivnom i neinvazivnom načinu rada		
2.	Načini ventilacije:		
2.1.	Volumenom kontrolirana ventilacija s apneja podrškom u:		
2.1.1.	(A)CV (asistirano kontroliranom načinu)		
2.1.2.	SIMV načinu ventilacije		
2.2.	Tlakom kontrolirana ventilacija s apneja podrškom u:		
2.2.1.	P(A)CV (asistirano kontroliranom načinu)		
2.2.2.	SIMV načinu ventilacije		
2.3.	Tlačna potpora		
2.4.	CPAP		
2.5.	S/T - spontani način rada s apneja podrškom		
2.6.	Funkcija sigurnosnog volumena		
2.7.	Minimalno 2 programa ventilacije		
2.8.	Inteligentni način ventilacije za održavanje alveolarne minutne ventilacije		
3.	Parametri koji prate ventilaciju:		
3.1.	Tlakovi:		
3.1.1.	IPAP 4-50 cmH ₂ O		
3.1.2.	EPAP 2-25 cmH ₂ O		
3.2.	Frekvencija disanja 2-80 udisaja/min		
3.3.	Disajni volumen podesiv od minimalno 50-2500ml		
3.4.	Inspiratorno vrijeme podesivo u minimalnom i maksimalnom rasponu od 0,2-5 sekundi		
3.5.	Tlačna potpora 2-50cmH ₂ O		
3.6.	Tlačni okidač podesiv u minimalno 5 razina		
3.7.	Podešavanje brzine protoka u inspiriju		
3.8.	Cikliranje podesivo u minimalnom rasponu 5-90%. Mogućnost postavljanja automatskog cikliranja.		
4.	Podesivi alarmi:		
4.1.	Gornja granica curenja		
4.2.	Niska minutna ventilacija		
4.3.	Gornja granica tlaka		
4.4.	Donja granica tlaka		
4.5.	Gornja granica frekvencije disanja		
4.6.	Donja granica frekvencije disanja		
4.7.	Apneja		
4.8.	Gornja granica FiO ₂		
4.9.	Donja granica FiO ₂		
4.10.	Neventilirana maska		

5.	Standardni fiksni alarmi:		
5.1.	Otpojen sustav za disanje		
5.2.	Zaštita od visokog tlaka		
5.3.	Niska razina napunjenosti baterije		
6.	Monitoring:		
6.1.	Curenje (Leak)		
6.2.	Disajni volumen		
6.3.	Respiratorna frekvencija		
6.4.	Vrijeme inspirija		
6.5.	Minutna ventilacija		
6.6.	Spontano okidanje i cikliranje		
6.7.	RSBI		
6.8.	FiO2		
6.9.	Omjer I:E		
6.10.	Gornji tlak		
6.11.	PEEP		
6.12.	Valna krivulja tlaka, protoka		
7.	Trendovi minimalno šest dana		
8.	Ostale značajke:		
8.1.	Isporuka kisika u ventilator maksimalno 30 lit/min		
8.2.	Integrirana baterija nezavisnog napajanja s minimalno 8 sati autonomije rada ventilatora		
8.3.	Težina respiratora bez podvozja poželjna čim manja, do maksimalno 5 kg		
8.4.	Pohrana podataka ventilacije na USB		
8.5.	Softverska podrška pohrane, evidencije ventilacija i pacijenata		
8.6.	Mobilno podvozje		
8.7.	Minimalno 2 sustava za mehaničku ventilaciju		
8.8.	Uređaj mora biti montiran na mobilno podvozje s minimalno 4 kotača, s kočnicom na minimalno 2 kotača, mora imati gumb, ručicu ili neko slično integrirano rješenje za brzo spajanje i odpajanje uređaja s/na mobilno podvozje, te ručku ili nekakvo drugo adekvatno rješenje za prenošenje bez podvozja		
UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (EUR)			

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)