



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/23-01/2631 SR
Ur.broj: 2189-43-06/3-23-2
Virovitica, 12. lipanj 2023.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) i članka 4. i 5. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Klasa: 510-03/21-01/4987, Ur.broj: 2189-43-06/2-21-11 od 21. prosinca 2021. godine s izmjenama Klasa: 510-03/22-01/1460, Ur.broj: 2189-43-02/1-9 od 27. travnja 2022. (u daljnjem tekstu Pravilnik) Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: Kreveti bolesnički s pripadajućom opremom i ormarići noćni za potrebe Odjela za psihijatriju – 6 komada
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a): 14.500,00 €
Planirana vrijednost nabave (s PDV-om): 18.125,00 €
- Evidencijski broj nabave: 108/23.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za psihijatriju
- Rok isporuke: 60 dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 30 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog zapisnika za isporučenu i opremu stavljen u funkciju.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stranice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.
Cijena ponude piše se brojkama.
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **26. lipanj 2023. godine do 8:00 sati** preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21.

- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj oмотnici na kojoj mora biti naznačeno:
 - naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - naziv predmeta nabave: **Kreveti bolesnički s pripadajućom opremom i ormarići noćni, Ev. br. 108/23.**
 - naznaka „ne otvaraj“

– Provjera sposobnosti: U svrhu utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka–uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na poveznici <https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

– Razlozi za isključenje: Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.


– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je u zadnjoj točki ovog poziva navedeno da je obavezan minimalno dostaviti.

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataložki materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

S poštovanjem

Opća bolnica Virovitica
Ravnatelj
Dinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
ZA KREVE TE BOLESNIČKE S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I ORMARIĆE NOĆNE

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
- OIB¹ _____
- broj računa _____
- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
- adresa za dostavu pošte _____
- adresa e-pošte _____
- kontakt osoba ponuditelja _____
- broj telefona _____ broj faksa _____
- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ €

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ €

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ €

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Troškovnik
za krevete bolesničke s pripadajućom opremom i ormariće noćne

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	<p>Krevet bolesnički</p> <p>Naziv, šifra ili katalogski broj: _____</p> <p>Naziv proizvođača: _____</p> <p>Zemlja porijekla: _____</p> <p>Godina proizvodnje: _____</p>	6 kom		
SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA		POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.1.	Krevet bolesnički za standardnu njegu s mehaničkom regulacijom položaja			
1.2.	Ležna ploha četverodijelna, izrađena od ABS plastike ili metala, podešavanje putem minimalno 3 mehaničke ručke			
1.3.	Dimenzije ležne plohe minimalno (DxŠ) 2000x860 mm			
1.4.	Visinska regulacija u rasponu od minimalno 420-760 mm putem mehaničke ručke			
1.5.	Nagib uzglavlja u rasponu od min 0°-70°, nagib bedrenog dijela u rasponu od min 0°-30°			
1.6.	Držači za remenje za humano vezanje integrirani u konstrukciju kreveta			
1.7.	Čela kreveta od ABS plastike sa umetcima od HPL laminata ili jednakovrijedno u boji po izboru, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja			
1.8.	Kod uzglavlja minimalno 2 otvora za smještaj trapeza i infuzijskog stalka			
1.9.	Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca			
1.10.	4 kotača promjera minimalno 150 mm, od toga 1 antistatički s centralnim sistemom kočenja na minimalno 2 nožne pedale			

1.11.	Šine i nosači dodatne opreme smješteni na bočnim stranama kreveta			
1.12.	Ograde metalne jednodijelne s dodatnim protektorima koji zatvaraju punu dužinu kreveta			
1.13.	Metalni dijelovi zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski			
1.14.	Nosivost kreveta minimalno 200 kg			
1.15.	Vanjske dimenzije kreveta maksimalno (DxŠ) 2200x1000 mm			
1.16.	Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52 i u skladu s MDR 2017/745 ili jednakovrijedno			
1.17.	Infuzijski stalak metalni, kromiran, s montažom na krevet			
1.18.	Trapez s rukohvatom s montažom na krevet			
1.19.	Posteljni uložak/madrac jednodijelni za standardnu njegu pacijenta			
1.19.1.	Jezgra madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene narezane na blok strukturu radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta			
1.19.2.	Gustoća jezgre minimalno 23 kg/m ³			
1.19.3.	Presvlaka madraca nepropusna za tekućine a propusna za cirkulaciju zraka i pare. Mogućnost skidanja presvlake te pranja i dezinficiranja na temperaturama do najmanje 70°C.			
1.19.4.	Dimenzija madraca usklađena s dimenzijama kreveta, visina minimalno 14 cm			
1.19.5.	Nosivost madraca minimalno 110 kg			
	Ormarić bolesnički s pločom za hranjenje	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
2.	Naziv, šifra ili kataloški broj: _____ Naziv proizvođača: _____ Zemlja porijekla: _____ Godina proizvodnje: _____	6 kom		
2.1.	Struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski			
2.2.	Ormarić prilagođen obostranom korištenju			
2.3.	Opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom			
2.4.	U ladici se nalazi uložak od ABS plastike koji se može vaditi			

2.5.	Ormaric opremljen stolicem/plocom za hranjenje koja je integrirana unutar korpusa a izvlači se iz ležišta i konzolno postavlja u položaj iznad kreveta		
2.6.	Mogućnost zakretanja ploče za hranjenje u položaj za čitanje i pisanje		
2.7.	Gornja ploča, ploča za hranjenje i fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata (HPL) u boji po izboru		
2.8.	Ormaric s 4 dupla kotača promjera 75 mm od kojih su minimalno 2 s kočnicom		
2.9.	Dimenzije ormarića: (ŠxDxV) minimalno 500x500x850 mm		
2.10.	Dimenzije ploče za hranjenje minimalno 600x340 mm		
2.11.	Visinska regulacija ploče za hranjenje u rasponu od minimalno 750-1050 mm		
OSTALI UVJETI			
3.	Jamstvo (minimalno 1 godina od isporuke) _____		
4.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina) _____		
5.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa _____		
CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST			

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)