



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Gajeva 21, 33 000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj:0648191, IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
OIB: 82844035780
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/23-01/3937
Ur.broj: 2189-43-06/20-23-2
Virovitica, 11. rujna 2023.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16. i 114/22.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Klasa: 510-03/21-01/4987, Ur.broj: 2189-43-06/2-21-11 od 21. prosinca 2021. godine i Izmjena Pravilnika, Klasa: 510-03/22-01/1460, Urbroj: 2189-43-02/1-9 od 27. travnja 2022., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Hladnjaci medicinski za čuvanje uzoraka i koncentrata eritrocita sa zapisom temperature za potrebe Odjela za transfuzijsku medicinu - 2 komada**
 - nije podijeljen u grupe
- Evidencijski broj nabave: 69/23.
- Procijenjena vrijednost nabave: 9.502,95 EUR bez PDV-a
- planirana vrijednost predmeta nabave iznosi 11.878,69 EUR s PDV-om
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Odjel za ginekologiju i porodništvo, Virovitica, Ljudevita Gaja 21
- Rok isporuke od sklapanja ugovora: do 60 dana
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 30 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati naziv i model ponuđenog uređaja, naziv proizvođača, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji kao i ostale uvjete tražene troškovnikom. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.
Cijena ponude piše se brojkama.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za grupu predmeta nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **21. rujna 2023. godine do 8:00 sati** na adresu: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, preporučenom poštom ili osobnom dostavom.
- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
 - naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - **Evidencijski broj nabave: 69/23.**
 - naznaka: „NE OTVARAJ“

– Razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od datuma ovog Poziva (možete dostaviti u kopiji).

– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je navedeno u zadnjoj točki ovog poziva da je obavezan minimalno dostaviti.

– Provjera sposobnosti:

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici:

<https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjeni i ovjereni Ponudbeni list
- popunjeni i ovjereni Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- Sigurnosno-tehničke listove ili tehničke upute ili kataloge ili proizvođačke prospekte ili brošure kojima se dokazuje sukladnost ponuđenog proizvoda s traženim opisom u Troškovnicima (može i na USB-u)

– Kontakt naručitelja:

Vesna Zelenbrz Volenik, dipl.iur., tel. 033 747 306, e-mail: nabava@bolnica-virovitica.hr



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST

za hladnjaci medicinski za čuvanje uzoraka i koncentrata eritrocita sa zapisom temperature
za potrebe Odjela za transfuzijsku medicinu - 2 komada

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
 - OIB _____
 - broj računa (IBAN) _____
 - ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
 - adresa za dostavu pošte _____
 - adresa e-pošte _____
 - kontakt osoba ponuditelja _____
 - broj telefona _____ broj faksa _____
 - ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ EUR
3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ EUR
4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ EUR

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude (u danima, ne kraći od 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda) _____
6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

TROŠKOVNIK

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Potvrda tražene karakteristike, stranica priloga	ZADOVOLJAVA da/ne
MEDICINSKI HLADNJAK ZA SKLADIŠTENJE KRVNIH PRIPRAVAKA - 1 komad			
1.1.	Prilagodljiv temperaturni raspon od +2 do +15 °C		
1.2.	Neto kapacitet: 370 l		
1.3.	Vanjske dimenzije (šxdxv): 600 x 650 x 2020 mm		
1.4.	Površina s posebnim anti-bakterijskim epoksi premazom		
1.5.	Izolacija: poliuretan visoke gustoće, debljine 50 mm, bez CFC-a		
1.6.	Staklena vrata		
1.7.	6 ladica ukupnog kapaciteta 144 vrećice krvi (450 ml)		
1.8.	Unutarnje LED osvjetljenje		
1.9.	Automatsko odmrzavanje kontrolirano termostatom		
1.10.	Automatska evaporacija kondenzirane vode		
1.11.	Rashladno sredstvo: R452A		
1.12.	Napredna kontrolna ploča		
1.12.1.	Zaslon u boji, visoke rezolucije 3,5"		
1.12.2.	Digitalni prikaz temperature s točnošću 0,1°C		
1.12.3.	Back-up baterija koja osigurava rad kontrolne ploče 48h u slučaju nestanka napajanja		
1.13.	Snimač temperaturnih dijagrama s tjednim snimanjem		
1.13.1.	Uključeni papiri za crtanje dijagrama dostatni za 2 godine snimanja		
1.14.	Zvučni i vizualni alarmi za:		
	previsoku i prenisku temperaturu		
	otvaranje vrata (s mogućom odgodom alarma)		
	nestanak napajanja		
	praznu bateriju		
	prljavi kondenzator		
1.15.	kvar senzora		
	smrzavanje evaporatora		
1.15.	Razina buke: ≤ 48 dB(A)		
CIJENA BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (EUR)			
LABORATORIJSKI HLADNJAK			
1.1.	Temperaturni raspon od 0 °C do +15 °C s mogućnošću prilagodbe		
1.2.	Neto kapacitet: 270 litara		
1.3.	Vanjske dimenzije (š x d x v cm): 60 x 65 x 164		
1.4.	Unutrašnje LED osvjetljenje		
1.5.	Površina s posebnim anti-bakterijskim epoksi premazom		
1.6.	Izolacija: poliuretan visoke gustoće, debljine 50 mm, bez CFC-a		
1.7.	Pokretno podvozje uključuje 4 kotača koje omogućuje lakše pomicanje		
1.8.	4 žičane police za skladištenje izrađene od čeličnog lima s plastičnim premazom		
1.9.	LED zaslon		
1.9.1.	Digitalni prikaz temperature s točnošću 0,1 °C		
1.10.	Vizualni i zvučni alarmi za:		
	previsoku i prenisku temperaturu programiranu od strane korisnika		
	otvorena vrata s mogućnošću odgode		
	nestanak napajanja		
	zamrzavanje evaporatora		
	kvar senzora		

1.11.	Rashladno sredstvo: R452A		
1.12.	Automatsko odmrzavanje kontrolirano termostatom		
1.13.	Automatsko isparavanje kondenzirane vode		
1.14.	Razina buke: ≤ 48 dB(A)		
CIJENA BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (EUR)			
UKUPNA CIJENA BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (EUR)			

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)