



## OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;  
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr  
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780  
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka  
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/24-01/2596  
Ur.broj: 2189-43-06/3-24-2  
Virovitica, 8. srpanj 2024.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. i 5. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Klasa: 510-03/21-01/4987, Ur.broj: 2189-43-06/2-21-11 od 21. prosinca 2021. godine (u daljnjem tekstu Pravilnik) Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

### POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: Infuzomati za potrebe Odjela za pedijatriju - 2 komada, Odjela za kardiologiju i intenzivnu koronarnu skrb - 3 komada, Odjela za internu medicinu i pulmologiju - 1 komad
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 10.400,00 € (bez PDV-a)
- Evidencijski broj nabave: 48/24.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za pedijatriju (2 komada), Odjel za kardiologiju i intenzivnu koronarnu skrb (3 komada), Odjel za internu medicinu i pulmologiju (1 komad)
- Rok isporuke: 60 dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 30 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog zapisnika za isporučenu i opremu stavljen u funkciju.  
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponudeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.  
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponudeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.  
Cijena ponude piše se brojkama.  
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).  
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,... ). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **17. srpanj 2024. godine do 9:00 sati** preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21.

– Ponuda se dostavlja u zatvorenoj oмотnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja
- naziv i adresa naručitelja
- naziv predmeta nabave: **Infuzomati, Ev. br. 48/24.**
- naznaka „**ne otvaraj**“

– Provjera sposobnosti: U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na poveznici <https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

– Razlozi za isključenje: Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.

– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je u zadnjoj točki ovog poziva navedeno da je obavezan minimalno dostaviti.

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

S poštovanjem



Opća bolnica Virovitica  
Ravnatelj  
Djanko Blažević, dipl.oec.

Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:  
**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
Ljudevita Gaja 21  
33000 Virovitica

**PONUDBENI LIST  
ZA INFUZOMATE**

1. Naziv i sjedište ponuditelja \_\_\_\_\_
- adresa \_\_\_\_\_
- OIB<sup>1</sup> \_\_\_\_\_
- broj računa \_\_\_\_\_
- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):      DA      NE
- adresa za dostavu pošte \_\_\_\_\_
- adresa e-pošte \_\_\_\_\_
- kontakt osoba ponuditelja \_\_\_\_\_
- broj telefona \_\_\_\_\_ broj faksa \_\_\_\_\_
- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora \_\_\_\_\_

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude \_\_\_\_\_

6. Broj ponude \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

<sup>1</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

**Troškovnik  
ZA INFUZOMATE**

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	<b>Infuzomat</b> Naziv, šifra ili kataloški broj: _____ Naziv proizvođača: _____ Zemlja porijekla: _____ Godina proizvodnje: _____	<b>6 kom</b>		
SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA		POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.1.	Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, enteralnih/parenteralnih otopina i transfuziju krvi			
1.1.1.	Raspon protoka: od minimalno 0.1 ml/h do minimalno 1.200 ml/h			
1.1.2.	Točnost doziranog protoka: +/-5%			
1.1.3.	Doziranje bolusa na tri načina:			
1.1.3.1.	Ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka			
1.1.3.2.	Doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa			
1.1.3.3.	Doziranje bolusa s izračunom mjere			
1.1.4.	Programiranje doziranog volumena od 0,1 do maksimalno 9.999 ml			
1.1.5.	Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00 h 01 min do maksimalno 99 h 59 min			
1.1.6.	Automatski izračun protoka (ml/h) ovisno o dozi			
1.1.7.	Izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima: Koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol ili mEq po ml, količini lijeka u ml (volumenu lijeka), težini bolesnika			

1.1.8.	Prikaz podataka na ekranu pumpe u tijeku rada pumpe: brzina isporuke, status pumpe - vizualizacija protoka strelicama, profil terapije, stanje baterije, tlak u liniji/granična vrijednost tlaka u liniji, vrijeme do kraja terapije, volumen do kraja terapije, volumen doziran pacijentu		
1.1.9.	Lista lijekova koja sadrži minimalno 1200 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova po kategorijama. Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa		
1.1.10.	Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije		
1.1.11.	Mod automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu te automatsko snižavanje brzine protoka		
1.1.12.	Mod sekvencijska infuzija - programiranje minimalno 12 infuzijskih sekvenci u jednom protokolu		
1.1.13.	Isporuka enteralne hrane infuzijskim volumetrijskim pumpama		
1.1.14.	Povijest posljednjih minimalno 1.000 unosa		
1.1.15.	Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko minimalno 3 LED		
1.1.16.	Vizualni i akustični predalarmi isteka volumena, isteka vremena, prazne baterije		
1.1.17.	Vizualni i akustični alarmi isteka volumena, porasta tlaka iznad graničnog tlaka, kraja infuzije, prazne baterije, zrak u liniji		
1.1.18.	Podešavanje graničnog tlaka u sistemu u razinama (granica minimalno 1 bar). Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma		
1.1.19.	KVO (DVO) - uređaj može nastaviti infuziju unaprijed određenom brzinom za opciju "drži venu otvorenom"		
1.1.20.	Detektor zraka u liniji – detektiranje volumena zraka u liniji (većih od 0,01 ml)		
1.1.21.	Dva detektora tlaka (uzvodno i nizvodno)		
1.1.22.	Zaključavanje podataka u pumpu		
1.1.23.	Punjiva NiMH ili litij-ionska baterija		
1.1.24.	Vrijeme rada baterija: minimalno 4 sata pri protoku od 100 ml/h		
1.1.25.	Vrijeme punjenja baterija: do maksimalno 6 sati		
1.1.26.	Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku		
1.1.27.	Povezivanje minimalno 3 infuzijske volumetrijske pumpe za potrebe transporta		
1.1.28.	Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI) putem zasebnog kućišta		
1.2.	Pripadajući adapter za napajanje		

1.3.	Pripadajući šinski nosač		
<b>OSTALI UVJETI</b>			
2.	Jamstvo (minimalno 1 godina od isporuke) _____		
3.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina)		
4.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa		
<b>CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>			

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)