



## OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Gajeva 21, 33 000 Virovitica;  
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; [ravnatelj@bolnica-virovitica.hr](mailto:ravnatelj@bolnica-virovitica.hr)  
Matični broj:0648191, IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka  
OIB: 82844035780  
v.d. ravnateljja Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/24-01/3621  
Ur.broj: 2189-43-06/20-24-2  
Virovitica, 26. rujna 2024.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16. i 114/22.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Klasa: 510-03/21-01/4987, Ur.broj: 2189-43-06/2-21-11 od 21. prosinca 2021. godine i Izmjena Pravilnika, Klasa: 510-03/22-01/1460, Urbroj: 2189-43-02/1-9 od 27. travnja 2022., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

### POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Videolaparoskop za potrebe Centralnog operacijskog bloka sa centralnom sterilizacijom - 1 komad**
  - nije podijeljen u grupe
- Evidencijski broj nabave: 75/24.
- Procijenjena vrijednost nabave: 20.700,00 EUR (bez PDV-a)  
Planirana vrijednost: 25.875,00 EUR (s PDV-om)
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Centralni operacijski blok sa centralnom sterilizacijom, Virovitica, Ljudevita Gaja 21
- Rok isporuke od sklapanja ugovora: do 60 dana
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa.  
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati naziv i model ponuđenog uređaja, naziv proizvođača, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji kao i ostale uvjete tražene troškovnikom. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.  
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.  
Cijena ponude piše se brojkama.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za grupu predmeta nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).  
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **8. rujna 2024. godine do 8:00 sati** na adresu: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, preporučenom poštom ili osobnom dostavom.
- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
  - naziv i adresa ponuditelja
  - naziv i adresa naručitelja
  - **Evidencijski broj nabave: 75/24. Videolaparoskop**
  - naznaka: „**NE OTVARAJ**“
- Razlozi za isključenje:  
Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od datuma ovog Poziva (možete dostaviti u kopiji).

– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je navedeno u zadnjoj točki ovog poziva da je obavezan minimalno dostaviti.

– Provjera sposobnosti:

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici:

<https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjeni i ovjereni Ponudbeni list
- popunjeni i ovjereni Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- Sigurnosno-tehničke listove ili tehničke upute ili kataloge ili proizvođačke prospekte ili brošure kojima se dokazuje sukladnost ponuđenog proizvoda s traženim opisom u Troškovnicima (može i na USB-u)

– Kontakt naručitelja:

Vesna Zelenbrz Volenik, dipl.iur., tel. 033 747 306, e-mail: nabava@bolnica-virovitica.hr

v.d. ravnatelja  
Opće bolnice Virovitica  
Dinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:  
**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
Ljudevita Gaja 21  
33000 Virovitica

### PONUDBENI LIST

za videolaparoskop za potrebe Centralnog operacijskog bloka s centralnom sterilizacijom - 1 komad

1. Naziv i sjedište ponuditelja \_\_\_\_\_

- adresa \_\_\_\_\_

- OIB \_\_\_\_\_

- broj računa (IBAN) \_\_\_\_\_

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):      DA      NE

- adresa za dostavu pošte \_\_\_\_\_

- adresa e-pošte \_\_\_\_\_

- kontakt osoba ponuditelja \_\_\_\_\_

- broj telefona \_\_\_\_\_ broj faksa \_\_\_\_\_

- ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora

\_\_\_\_\_

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ EUR

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ EUR

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ EUR

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok isporuke: \_\_\_\_\_

6. Rok valjanosti ponude (u danima, ne kraći od 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda) \_\_\_\_\_

6. Broj ponude \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

Naručitelj:  
**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
 Ljudevita Gaja 21  
 33000 Virovitica

### TROŠKOVNIK

za videolaparoskop za potrebe Centralnog operacijskog bloka s centralnom sterilizacijom - 1 komad

OPIS PREDMETA NABAVE Ponudeno (upisati naziv i model ponuđenog predmeta nabave te naziv proizvođača):		KOLIČINA	
		1 komad	
Red. br.	MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	ZADOVOLJAVA (da/ne)	POTVRDA KARAKTERISTIKA / br. stranice u priloženom katalogu
1	<b>HDTV VIDEOLAPAROSKOP, 10 mm, 30°</b>		
1.1	Autoklavan		
1.2	HDTV tehnologija, format slike 16:9		
1.3	Vanjski promjer 10 mm		
1.4	Kut gledanja 30°		
1.5	Širina polja gledanja min. 90°		
1.6	Radna duljina od 320 do 330 mm		
1.7	Integrirani sustav sve u jednom: glava kamere-teleskop-svjetlosni kabel		
1.8	Sustav bez leća s integriranim CCD video čipom na distalnom vrhu za superiornu kvalitetu slike.		
1.9	Focus-free funkcija za konstantno oštru sliku, bez podešavanja.		
1.10	Fog-free funkcija za sprječavanje magljenja leće.		
1.11	Kompatibilan sa slikovnom tehnologijom uskopojasnog spektra ili sa odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila sluznice i površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i razlikovanju sumnjivih lezija, benigne - maligne mukozne pojave i sl.		
1.12	Min. 3 funkcijske tipke na drški laparoscopa za daljinsko upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere.		
2	<b>Žičana posuda za sterilizaciju videolaparoscopa</b>		
<b>CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (EUR)</b>			
<b>PDV (EUR)</b>			
<b>UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om (EUR)</b>			

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
 (ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)