

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Virovitica, Ljudevita Gaja 21

Kriteriji za odabir ponude i relativni ponder kriterija - MAMOGRAF

R.br.	NAZIV KRITERIJA	POSTOTAK	BROJ BODOVA
1.	Cijena ponude	60%	60
2.	Duljina jamstva za ponuđeni uređaj - ne smije biti kraće od 12 mjeseci od kvalitativne i kvantitativne primopredaje	10%	10
	12 mjeseci	0%	0
	24 mjeseca	10%	10
3.	Dodatni funkcionalni kriteriji	30%	30
	NOSAČ RTG CIJEVI - Motorizirana rotacija kod svih vrsta snimanja u rasponu > +185°/-185°	5%	5
	RTG CIJEV - Brzina rotacije cijevi > 10 500 okr/min	5%	5
	RAVNI DETEKTOR - Veličina piksela < 60 µm	5%	5
	RAVNI DETEKTOR - Broj piksela > 4700 x 5900	5%	5
	RAVNI DETEKTOR - Izlazna gradacija > 15 bita	5%	5
	TOMOSINTEZA - Broj ekspozicija kod tomosinteze > 30	5%	5
NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA		100%	100