



## OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Gajeva 21, 33 000 Virovitica;  
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr  
Matični broj:0648191, IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka  
OIB: 82844035780  
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/25-01/3484  
Ur.broj: 2189-43-06/3-25-2  
Virovitica, 31. srpanj 2025.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) i članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 510-03/24-01/4061, Ur.broj: 2189-43-06/20-24-9 od 30. listopada 2024. godine Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

### POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: Operacijska lampa za potrebe Odjela za ginekologiju i porodništvo – Rodilište – 1 komad
- Evidencijski broj nabave: 47/25.
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 16.400,00 € (bez PDV-a)  
(planirana vrijednost predmeta nabave iznosi 20.500,00 € s PDV-om)
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za ginekologiju i porodništvo – Rodilište
- Rok isporuke i ugradnje: do 60 kalendarskih dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa za isporučenu, montiranu i stavljenu opremu u punu funkciju, doznakom na račun ponuditelja.  
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: U cijeni ponude moraju biti uračunati svi troškovi fco Opća bolnica Virovitica, montaža i stavljanje u punu funkciju te eventualno ponuđeni popusti, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u Ponudbenom listu. Cijena ponude piše se brojkama.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.  
Ponuda koja se dostavlja u papirnatom obliku uvezuje se na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).  
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,... ). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **26. kolovoz 2025. godine do 8:00 sati** na adresu Opće bolnice Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, preporučenom poštom ili osobnom dostavom, ili na adresu elektroničke pošte naručitelja ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr
- Ukoliko se ponuda dostavlja u papirnatom obliku na adresu naručitelja tada mora bit u zatvorenoj omotnici s naznačenim:
  - nazivom i adresom ponuditelja
  - nazivom i adresom naručitelja
  - nazivom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi – **OPERACIJSKA LAMPA ZA RODILIŠTE – NE OTVARAJ**

– Provjera sposobnosti: U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na poveznici <https://sudreg.pravosudje.hr/ords/r/esudreg/public/1?clear=APP>

– Razlozi za isključenje: Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne starije od 30 dana od dana slanja ovog poziva.

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataložki materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

Uz svaku stavku u Troškovniku potrebno je dopisati broj stranice kataloga i/ili prospekta na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.

S poštovanjem

  
Raynatelj  
Opće bolnice Virovitica  
Dinko Blažević, dipl.oec.

Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:  
**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
Ljudevita Gaja 21  
33000 Virovitica

**PONUDBENI LIST  
ZA OPERACIJSKU LAMPU**

1. Naziv i sjedište ponuditelja \_\_\_\_\_

- adresa \_\_\_\_\_

- OIB<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

- broj računa \_\_\_\_\_

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):      DA      NE

- adresa za dostavu pošte \_\_\_\_\_

- adresa e-pošte \_\_\_\_\_

- kontakt osoba ponuditelja \_\_\_\_\_

- broj telefona \_\_\_\_\_ broj faksa \_\_\_\_\_

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ €

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ €

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ €

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju/primopredaje, u mjesecima (ne kraće od 12 mjeseci)

\_\_\_\_\_

6. Servisna podrška osigurana kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju/primopredaje u godinama (najmanje 5 godina, navesti ponuđeni broj godina) \_\_\_\_\_

7. Naziv i adresa ovlaštenog servisa \_\_\_\_\_

8. Rok valjanosti ponude \_\_\_\_\_

9. Broj ponude \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

<sup>1</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Troškovnik  
OPERACIJSKA LAMPA

Red. br.	Opis predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena stavke
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	<b>Operacijska lampa sa satelitom</b>	kom	1		
	Proizvođač: Model: Godina proizvodnje:				
1.1.	Stropno učvršćenje, montaža na postojeću podkonstrukciju				
1.2.	Smještaj rasvjetnih glava na dvostrukim zglobnim rukama radijusa okretanja minimalno 165 cm za jednu i 180 cm za drugu ruku te s rotacijom od 360° u svakom zglobu ruke. Na svakoj zgloboj ruci ugrađen dvostruki kardanski zglobo s rotacijom minimalno 200° oko svake osi				
1.3.	Dvije identične rasvjetne glave sljedećih karakteristika:				
1.3.1.	LED izvor svjetla s minimalno 30 dioda u rasvjetnoj glavi				
1.3.2.	Intenzitet osvjetljenja minimalno 160.000 luksa				
1.3.3.	Podešavanje intenziteta osvjetljenja u minimalnom rasponu od 10% do 100% kroz minimalno 10 koraka				
1.3.4.	Podešavanje promjera svjetlosnog polja u minimalnom rasponu od 24 do 30 cm kroz minimalno 3 koraka				
1.3.5.	Izbor nijanse bijelog svjetla kod narudžbe - temperature boje, dostupne minimalno varijante od 4.000 K, 4.700 K i 5.300 K				
1.3.6.	Funkcija prigušenja rasvjete za endoskopske zahvate s ograničavanjem intenziteta osvjetljenja na maksimalno 5.000 luksa i automatskom aktivacijom ravnjernog i širokog svjetlosnog polja				
1.3.7.	Izbor vrste donjeg pokrova rasvjetne glave kod narudžbe - dostupne minimalno varijante prozirnog i antirefleksnog stakla				
1.3.8.	Funkcija sinkronizacije postavki za istovremeno podešavanje obje rasvjetne glave preko bilo koje od njih, minimalno za postavke intenziteta osvjetljenja, promjera svjetlosnog polja i prigušenja za endoskopske zahvate				
1.3.9.	Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1 m, d10 minimalno 27 cm				
1.3.10.	Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1 m, d50 minimalno 16 cm				
1.3.11.	Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 20%) minimalno 130 cm				
1.3.12.	Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 75 cm				
1.3.13.	Indeksi realnog prikaza boje R13 minimalno 99				
1.3.14.	Preostali intenzitet osvjetljenja mjereno u cilindru, ne manje od 100%				
1.3.15.	Preostali intenzitet osvjetljenja mjereno s jednom maskom, minimalno 95%				
1.3.16.	Preostali intenzitet osvjetljenja mjereno s dvije maske, minimalno 45%				
1.3.17.	Preostali intenzitet osvjetljenja mjereno s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 95%				

1.3.18.	Preostali intenzitet osvjetljenja mjereno s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 45%		
1.3.19.	Ručica za sterilno pozicioniranje rasvjetne glave s minimalno sljedećim funkcionalnostima i karakteristikama:		
13.19.1.	Osjetljiva na dodir s funkcijom sterilnog podešavanja intenziteta osvjetljenja i promjera svjetlosnog polja		
1.3.19.2.	Dostupne jednokratne sterilne navlake s podržanom funkcijom sterilnog podešavanja intenziteta osvjetljenja i promjera svjetlosnog polja		
1.3.20.	Upravljački panel smješten uz rub rasvjetne glave s tipkama osjetljivim na dodir za nesterilno upravljanje bez pomicanja rasvjetne glave		
1.3.21.	Dva hvatišta za nesterilno pozicioniranje postavljena na obodu rasvjetne glave		
1.3.22.	Kružni oblik kupole optimiziran za laminarni protok zraka		
1.3.23.	Promjer rasvjetne glave maksimalno 65 cm		
1.3.24.	Masa rasvjetne glave maksimalno 20 kg		
1.3.25.	Vijek trajanja svjetlećih dioda minimalno 60.000 sati		
1.4.	Pripremljena pozicija za naknadnu ugradnju bežične 4K kamere unutar jedne rasvjetne glave dislocirano od pozicije središnje sterilne ručice		
1.4.1.	Bez potrebe za mijenjanjem rasvjetne glave ili radova na zglobnim rukama pri ugradnji kamere		
1.4.2.	Dostupna napredna kamera sa šifriranim bežičnim prijenosom dometa minimalno 15 metara uz snagu prijenosa ne veću od 20 dBm, s podrškom za dva neovisna prijmnika po kameri, s optičkim približavanjem slike minimalno 20x, automatskim podešavanjem ekspozicije, fokusa i temperature boje		
1.4.3.	Dostupna upravljačka jedinica s ekranom osjetljivim na dodir za kombinirano upravljanje rasvjetnim glavama i postavkama kamere, predviđena za montažu na kardanski zglob rasvjetne glave		
1.5.	Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike		
2.	Jamstvo (minimalno 1 godina od isporuke) _____		
3.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina) _____		
4.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa _____		
<b>CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (ZBROJ SVIH UKUPNIH CIJENA STAVKI)</b>			

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)