

U nastavku je detaljan opis zahtjeva uređaja koji je predmet nabave najma. Ponuditelj je dužan popunjenu tablicu priložiti u ponudi. U tablici je obavezno za svaku točku zahtjeva potvrditi tehničku karakteristiku s DA ili NE. Ako ponuda ne zadovoljava sve tehničke karakteristike, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

Opis uređaja za korištenje Donopa plina	Potvrda tehničkih karakteristika DA ili NE
<b>Pokretni sustav za odzračivanje</b> namijenjen odzračivanju, odnosno preuzimanju izdaha pacijenta tijekom terapije mješavinom plina koja se sastoji od 50% dušičnog oksidula i 50% kisika te eliminiranju ispuštenog plina u vanjski prostor	
Jedinica za odzračivanje, unutar koje se nalazi turbina koja se aktivira senzorom diferencijalnog tlaka	
LCD ekran s kontrolom parametara udisaja i izdisaja	
TIMER za kontrolu vremena doziranja	
Podešavanje datuma i sata	
USB port za prijenos podataka	
Mogućnost spajanja na WiFi	
Kolica za premještanje jedinice za odzračivanje i dvaju boca s medicinskim plinom	
Ormarić za potrošne dijelove uređaja, za cijevi, maske i ventile	
Zaštita za boce s medicinskim plinom u stražnjem dijelu kolica, radi sprječavanja ispadanja boca	
Kočnice ugrađene u prednje kotače radi sprječavanja slučajnog pomicanja uređaja tijekom terapije	
Dimenzije (Š x V x D) u mm: 630 x 950 x 650	
Težina: 40 kg	
Maksimalna nazivna snaga: 0,1 KW	
Nazivni napon strujnog napajanja / frekvencija: 230/50 V/Hz	
Razina zvučnog tlaka: <50 dB	
Statički tlak: 7400 Pa	
Maksimalni protok: 400 L/min	
Ø Promjer cijevi za odvod analgetika: 22 mm	
Ventil za primjenu Donopa Easy II	

Datum \_\_\_\_\_

Ponuditelj \_\_\_\_\_

M.P.

Potpis ovlaštene osobe \_\_\_\_\_