OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/25-01/3615
Ur.broj: 2189-43-06/3-25-5
Virovitica, 7. listopad 2025.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) i članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 510-03/24-01/4061, Ur.broj: 2189-43-06/20-24-9 od 30. listopada 2024. godine Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

– Predmet nabave: Elektroencefalograf za potrebe Odjela za neurologiju – 1 komad

– Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 25.440,00 € (bez PDV-a)
Planirana vrijednost predmeta nabave: 31.800,00 € (s PDV-om)

– Evidencijski broj nabave: 118/25.

– Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za neurologiju

– Rok isporuke: 30 dana od sklapanja ugovora

– Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog zapisnika za isporučenu i opremu stavljenu u funkciju.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.

– Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.
Cijena ponude piše se brojkama.
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.

– Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.

– Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom

– Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.

– Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

– Rok za dostavu ponude: **16. listopad 2025. godine do 8:00 sati** preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 ili na adresu elektroničke pošte naručitelja ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr.

– Ukoliko se ponuda dostavlja u papirnatom obliku na adresu naručitelja tada mora bit u zatvorenoj omotnici s Naznačenim
- naziv i adresa ponuditelja
- naziv i adresa naručitelja

- naziv predmeta nabave: **Elektroencefalograf, Ev. br. 118/25.**
- naznaka **„ne otvaraj "**

– Provjera sposobnosti: U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na poveznici https://sudreg.pravosudje.hr/ords/r/esudreg/public/1?clear=APP

– Razlozi za isključenje: Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.

– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je u zadnjoj točki ovog poziva navedeno da je obvezan minimalno dostaviti.

– Ponuditelj je obvezan minimalno dostaviti:
- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

S poštovanjem

Opća bolnica Virovitica
Ravnatelj
Dinko Blažević, dipl.oec.

Privitak:
- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
ELEKTROENCEFALOGRAF

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____

- adresa _____
- OIB[1] _____
- broj računa _____
- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
- adresa za dostavu pošte _____
- adresa e-pošte _____
- kontakt osoba ponuditelja _____
- broj telefona _____ broj faksa _____
- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ €

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ €

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ €

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

_____
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

[1] Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Naručitelj: OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica

Troškovnik
ELEKTROENCEFALOGRAF

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	**ELEKTROENCEFALOGRAF** Naziv, šifra ili kataloški broj: _____ Naziv proizvođača: _____ Zemlja porijekla: _____ Godina proizvodnje: _____	**1 kom**		
SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA		POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.1.	Računalo:			
1.1.1	Operativni sustav najmanje Windows 10 LTSB profesionalna verzija zbog kompatibilnosti umrežavanja u bolničku mrežu.			
1.1.2	Bazno računalo s minimalnim tehničkim karakteristikama: kolor ekran dimenzije najmanje 24“ po dijagonali, procesor najmanje na 3 GHz, 8 GB radnom memorijom i tvrdim diskom od najmanje 1 TB za pohranu podataka i najmanje 256 GB SSD za operativni sustav.			
1.2.	Program na računalu za procesuiranje EEG signala:			
1.2.1	Program za snimanje EEG-a + Poligrafije Prikaz i snimanje svih poligrafskih kanala: SpO2, krivulje pulsa, CO2, respiratorne CO2 krivulje, EKG, Resp i ostalih) na istom ekranu, sinkronizirano s EEG snimkom - priložiti sliku ekrana sa takovom konfiguracijom i vidljivim prikazanim traženim parametrima.			
1.2.2	Program za očitavanje EEG snimaka povezan sa bazom podataka. Kompletno konfigurabilna polja unosa i prikaza detalja pacijenta i njihovih mjerenja.			
1.2.3	Program za očitavanje EEG snimka s mogućnostima promjene u montaži, pojačanju kanala, filtriranju, vremenskim konstantama, referentnim elektrodama i brzinom toka snimka na ekranu.			
1.2.4	Program za očitavanje EEG snimka, kompletno funkcionalan, mora se instalirati na druga računala bez dodatnih troškova plaćanja licenci			
1.2.5	Program za slanje EEG snimka na DVD-u, CD-u ili USB memoriji koji će sadržavati sami EEG snimak i program za očitavanje kako bi osoba koja je dobila DVD, CD ili USB memoriju mogla očitati EEG snimak bez potrebe licenciranja programa za očitavanje. Program za očitavanje snimka pohranjen na DVD, CD, USB memoriju se mora pokretati sam prilikom umetanja u DVD/CD/USB sučelje.			
1.2.6	Program za očitavanje sa standardno integriranom Mapping analizom (amplitudnom, frekventnom i usporedba razlike kanala), integriranom DSA analizom za brzi pregled dinamičnosti EEG-a do osam vidljivih i podesivih kanala te trodimenzionalni (3D) voltažni Mapping.			

1.2.7	Arhiviranje snimljenih podataka na DVD-R/W, CD-R/W, vanjski tvrdi disk ili server putem mreže.		
1.2.8	Baza podataka na hrvatskom jeziku		
1.3.	Pojačalo:		
1.3.1	Priključenje pacijent kutije putem USB-a na računalo, napajanje iste putem USB priključka bez potrebe dodatnog vanjskog napajanja ili dodatnih baterija.		
1.3.2	Minimalno 25 priključka za EEG, 7 bipolarnih ulaza za poligrafske elektrode (14 priključaka), 4 DC priključka, integrirani priključak za CO2 neintubiranih i intubiranih pacijenata, integrirani priključak za mjerenje SpO2 sa mogućnost korištenja višekratnih i jednokratnih senzora za sve uzraste pacijenata i integrirani priključak za tipkalo događaja, priložiti sliku pojačala sa jasno vidljivim traženim priključcima.		
1.3.3	AD konverzija minimalno 24 bita		
1.3.4	Ulazna impedancija najmanje 200 Ω		
1.3.5	Frekvencija uzorkovanja u najmanjem odaberivom rasponu od: 100, 200, 500, 1000, 2000 ili 5000 Hz		
1.4.	Fotostimulacijska jedinica:		
1.4.1	Frekvencija: 0,5 – 60 Hz		
1.4.2	Snaga bljeska 1,28 J		
1.4.3	Minimalno tri automatska programa fotostimulacije		
1.4.4	Video sustav za sinkronizirano snimanje s EEG snimkom		
1.4.5	Program za sinkronizaciju snimanja EEG-a i video snimka.		
1.4.6	Snimanje MPEG4 formatu, najmanje rezolucije 1920*1080 pixela		
1.4.7	Kamera za snimanje PAN/TILT/ZOOM s upravljanjem putem programa.		
1.4.8	Kolor/ Crno-bijela kamera s velikom osjetljivošću u mračnim uvjetima snimanja. Manja osvijetljenost od 1 Lux-a.		
1.4.9	Minimalno 18x optički zum		
1.5.	Stanica za analizu i očitavanje snimljenog EEG-a u liječničkoj sobi		
1.5.1	Računalna stanica s programom za analizu snimljenih podataka spojena internom mrežom i SQL bazom podataka u liječničkoj sobi sa računalom najnovije generacije, monitor minimalno 24"TFT kolor.		
1.5.2	Instalirani najmanje Windows 10 profesionalni operativni system		
1.5.3	Instalirani kompletno funkcionalni program za analizu s SQL bazom podataka.		
1.6.	Ostalo:		

1.6.1	Uređaj smješten na pokretna kolica s kotačima uz dvije kočnice.		
1.6.2	Mogućnost upotrebe standardnih EEG elektroda ili EEG kapa različitih proizvođača.		
1.6.3	Podaci moraju biti kompatibilni s postojećom arhivom snimljenih EEG-a Nihon Kohden uređajem		
1.7.	Pribor:		
1.7.1	EEG adapter za brzo odspajanje/spajanje pacijenta na pojačalo.		
OSTALI UVJETI			
2.	Jamstvo (minimalno 2 godine od isporuke) _____		
3.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina) _____		
4.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa _____		
CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST			

Datum _____

MP

_____
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)