



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Gajeva 21, 33 000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka d.d.
OIB: 82844035780
Ravnatelj: Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/26-01/275
Ur.broj: 2189-43-06/20-26-2
Virovitica, 22. siječnja 2026.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16. i 114/2022.) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 510-03/24-01/4061, Ur.broj: 2189-43-06/20-24-9 od 30. listopada 2024. godine (u daljnjem tekstu Pravilnik), Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Infuzomati za potrebe Odjela za pedijatriju - 2 komada, Odjela za neurologiju - 1 komad, Interne 1 - 5 komada, OHBP-a - 3 komada**
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 16.320,00 EUR (bez PDV-a)
20.400,00 EUR (s PDV-om)
- Evidencijski broj nabave: 65/26.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Virovitica
- Rok isporuke od sklapanja ugovora: do 60 kalendarski dana
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa. Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati naziv i model ponuđenog uređaja, naziv proizvođača, jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji kao i ostale uvjete tražene troškovnikom. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom. Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu. Cijena ponude piše se brojkama. Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **2. veljače 2026. godine do 8:00 sati** na adresu Opće bolnice Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Virovitica preporučenom poštom, osobnom dostavom ili elektroničkim putem na adresu: nabava@bolnica-virovitica.hr.
- Ako se dostavlja poštom ili osobno, ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
 - naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - „Ponuda za infuzomate, Ev. br. 65/26.“
 - naznaka „**ne otvaraj**“

– Razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od datuma ovog Poziva (može biti dostavljena kopija dokumenta).

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je navedeno u zadnjoj točki ovog poziva da je obavezan minimalno dostaviti.

– Provjera sposobnosti:

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: <https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

S poštovanjem,

Ravnatelj
Opće bolnice Virovitica
Dinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Opis tehničkih karakteristika
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST

Ev. br. 65/26 Infuzomati – 11 komada

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
 - OIB _____
 - broj računa (IBAN) _____
 - ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
 - adresa za dostavu pošte _____
 - adresa e-pošte _____
 - kontakt osoba ponuditelja _____
 - broj telefona _____ broj faksa _____
 - ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ EUR

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ EUR

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ EUR

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok isporuke (u danima, ne kraći od 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda) _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

Opis tehničkih karakteristika

Ev. br. 65/26 Infuzomati – 11 komada

R.br.	Opis	Potvrda teh. karakteristike DA/NE
1.	Vrsta jedinice: prenosiva volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih tekućina, enteralne hrane i transfuzije krvi	
1.1.	Točnost isporuke terapije prema IEC 60601-2-24 od +/- 3%	
1.2.	integrirana Litij-Ionska baterija, 100-240 V, 50-60 Hz	
1.3.	Kapacitet rada baterije (uz uključen WiFi) najmanje 7 sati uz brzinu isporuke od 100 mL/h	
1.4.	Kapacitet rada baterije (uz isključen WiFi) najmanje 12 sati uz brzinu isporuke od 100 mL/h	
1.5.	Vrijeme punjenja baterije do 5 h	
1.6.	Raspon brzine isporuke: 0,1- 1.200 mL/h, od 0,1 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 1.200 mL/h u povećanjima od 1 mL/h	
1.7.	Promjena brzine isporuke lijeka bez prekida isporuke	
1.8.	Raspon odabir volumena: 0,01 - 9.999 mL, od 0,01 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 9.999 mL/h u povećanjima od 1 mL/h	
1.9.	Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije: od 00h : 00min : 01 sek do 99h : 59min : 59 sek	
1.10.	Težina do najviše dva (2) kg	
1.11.	Zaslon u boji osjetljiv na dodir TFT-LCD 5.1 inča (razlučivost: 800 [H] x 240 [V]), prilagođavanje svjetline putem senzora ili ručno podešavanje na pumpi	
1.12.	Zaslon osjetljiv na dodir koji se može koristiti s mokrim rukavicama	
1.13.	Mogućnost zaključavanja zaslona kao zaštita od slučajne uporabe kada se ne radi aktivno sa pumpom	
1.14.	Prikazivanje stanja pumpe minimalno 3 LED svjetla različite boje	
1.15.	Prikaz podataka na zaslonu pumpe tijekom rada: stanje baterije, naziv i koncentracija lijeka, brzina doze, preostalo vrijeme, preostali volumen, pokazatelj isporuke u tijeku, prikaz postavke razine tlaka s trenutačnim tlakom u infuzijskom sustavu	
1.16.	Ručno doziranje bolusa doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka	
1.17.	Bolus s predodabirom volumena/doze	
1.18.	Automatski izračun brzine isporuke temeljem unosa doze u mg, µg, IU ili mmol ili temeljem težine ili proteka vremena (npr. mg po kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h), davanje bolusa u mg, µg, IU, mmol po kg i / ili vremenskoj jedinici	
1.19.	Izbor liste lijeka koja sadrži do 10.000 lijekova, mogućnost grupiranja lijekova u kategorije minimalno 30 kategorija lijekova, mogućnost grupiranja lijekova po profilima - minimalno 30 profila pacijenata	
1.20.	Vizualni i akustični alarmi: završetka infuzije, previsokog tlaka (okluzija), DVO način rad završen, prazne baterije, zrak u liniji	
1.21.	Osjetljivost detektora (alarma) zraka u liniji: za pojedinačne mjehuriće zraka od 0,02 do 0,3 ml, za nakupljeni zrak od 0,5 do 3,8 ml/h	
1.22.	Podešavanje okluzijskog tlaka u 9 razina (raspon od 0,067 bara do 1,1 bara). Automatsko smanjenje bolusa nakon aktivacije okluzijskog alarma	
1.23.	Pohrana podataka: minimalno posljednjih 1000 unosa pumpe	
1.24.	Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku	
1.25.	Slaganje / povezivanje 3 pumpe u jedinstvenu cijelinu za lakši transport i uporabu	
1.26.	Integrirani WiFi modul u svakoj pumpi	

1.27.	Mogućnost povezivanja u sustav centralnog nadzora volumetrijskih pumpi infuzijske terapije s opcijom pregeda svih infuzija koje su u tijeku; preostalog vremena rada; alarmi (zvučni i vizualni) s prioriterizacijom kritičnih alarma	
1.28.	Mogućnost direktnog povezivanje s elektroničkim sustavom medicinskih zapisa putem HL7 protokola	
1.29.	Mogućnost korištenja infuzomata u zoni magnetnog zračenja (MRI) uz korištenje zasebnog kućišta	
1.30.	Mod sekundarna infuzija,- privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije (bit će dodano prilikom ažuriranja firmvera/softvera)	
1.31.	Mod automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu te automatsko snižavanje brzine protoka (bit će dodano prilikom ažuriranja firmvera/softvera)	
1.32.	Mod sekvencijska infuzija na infuzomatima - programiranje 12 infuzijskih sekvenci u jednom protokolu (bit će dodano prilikom ažuriranja firmvera/softvera)	
1.33.	Mogućnost provođenja PCA (Patient Control Analgesia) terapije (bit će dodano prilikom ažuriranja firmvera/softvera)	
1.34.	DVO - opcija održavanja otvorenog venskog pristupa	
1.35.	Dodatni priključak za kabel sučelja za pozivanje osoblja i za kabel od 12 V	
1.36.	Podsjetnik na tehničko-sigurnosnu provjeru svake 2 godine	
1.37.	Pritiskom na tipku "pomoć" slijede pisane i vizualne upute koje pojašnjavaju pravilno postavljanje i vađenje potrošnog materijala iz uređaja	
2.	Pripadajući adapter za napajanje za stavku 1.	
3.	Pripadajući šinski nosač za stavku 1.	

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
 Ljudevita Gaja 21
 33000 Virovitica

Troškovnik

Ev. br. 65/26 Infuzomati – 11 komada

RED. BR.	NAZIV	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	PROIZVOĐAČ - ZEMLJA PORIJEKLA	MODEL PONUĐENOG UREĐAJA	JEDINIČNA CIJENA U EUR BEZ PDV-a	STOPA PDV-a	UKUPNI IZNOS STAVKE U EUR BEZ PDV-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 x 7
1.	Infuzijska volumetrijska pumpa - infusomat	kom.	11					
2.	Pripadajući adapter za napajanje	kom.	11					
3.	Pripadajući šinski nosač	kom.	11					
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BEZ PDV-a								
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE S PDV-om								