



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/26-01/678
Ur.broj: 2189-43-06/3-26-2
Virovitica, 13. veljače 2026.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) i članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 510-03/24-01/4061, Ur.broj: 2189-43-06/20-24-9 od 30. listopada 2024. godine Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: Reanimacijski stolić za potrebe Odjela za ginekologiju i porodništvo – 1 komad
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 23.000,00 € (bez PDV-a)
Planirana vrijednost predmeta nabave: 28.750,00 € (s PDV-om)
- Evidencijski broj nabave: 58/26.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za ginekologiju i porodništvo
- Rok isporuke: 60 dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog zapisnika za isporučenu i opremu stavljen u funkciju.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.
Cijena ponude piše se brojkama.
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **24. veljače 2025. godine do 9:00 sati** preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 ili na adresu elektroničke pošte naručitelja ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr.

- Ukoliko se ponuda dostavlja u papirnatom obliku na adresu naručitelja tada mora bit u zatvorenoj omotnici s naznačenim
 - naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - naziv predmeta nabave: **Reanimacijski stolić, Ev. br. 58/26.**
 - naznaka „ne otvaraj“

– Provjera sposobnosti: U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na poveznici <https://sudreg.pravosudje.hr/ords/r/esudreg/public/1?clear=APP>

– Razlozi za isključenje: Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.


– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je u zadnjoj točki ovog poziva navedeno da je obavezan minimalno dostaviti.

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku

S poštovanjem

Opća bolnica Virovitica
Ravnatelj
Dinko Blažević, dipl.oec.

Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

**PONUDBENI LIST
REANIMACIJSKI STOLIĆ**

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
- OIB¹ _____
- broj računa _____
- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
- adresa za dostavu pošte _____
- adresa e-pošte _____
- kontakt osoba ponuditelja _____
- broj telefona _____ broj faksa _____
- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ €

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ €

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ €

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Troškovnik
REANIMACIJSKI STOLIĆ

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
I.	REANIMACIJSKI STOLIĆ Naziv, šifra ili kataloški broj: _____ Naziv proizvođača: _____ Zemlja porijekla: _____ Godina proizvodnje: _____	1 kom		
SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA		POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.	Mobilno podvozje, zakretni kotači s kočnicama			
2.	Dimenzija madraca minimalno 70x48 cm			
2.1.	Elektronsko podešavanje visine madraca u minimalnom rasponu od 35 cm putem nožnih pedala			
2.2.	Kontinuirano podešavanje nagiba ležaja u minimalnom rasponu od -15° do + 15°			
2.3.	Elektronski prikaz nagiba madraca			
2.4.	Preklopive bočne stjenke, minimalne visine 15 cm			
3.	Ugrađeno svjetlo za pregled u minimalno 3 intenziteta			
4.	Grijača tijela sljedećih karakteristika:			
4.1.	Grijača ploča s gel madracem; manualno podešavanje temperature u rasponu od minimalno 30 do 38 °C i AUTO način rada			
4.2.	Gornji radijacijski grijač			
4.2.1.	Kontrola grijača u modu rada za predzagrijavanje (priprema za prihvata pacijenta) s automatskom kontrolom jačine			
4.2.2.	Ručna kontrola grijača u rasponu od ISKLJ., 10 do 100% jačine, s koracima od minimalno 10%			
4.2.3.	Integriran alarm provjere temperature pacijenta nakon najviše 15 min kod jačine grijača iznad 30 %			
4.2.4.	Automatska kontrola rada grijača prema postavljenoj vrijednosti temperature kože pacijenta sukladno izmjerenoj temperaturi; podešavanja željene temperature kože pacijenta u minimalnom rasponu od 34 - 38 °C			
4.3.	Termomonitoring s istovremenim praćenjem dviju temperatura pacijenta, centralne i periferne u ručnoj i automatskoj kontroli grijača			
5.	Sučelje za upravljanje s grijačem i integriranim displejom za prikaz postavljenih i mjerenih vrijednosti te prikazom alarma			
5.1.	Ekrani u boji, osjetljiv na dodir, minimalno 25 cm po dijagonali ekrana			

5.2.	Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku		
5.3.	Mogućnost unosa podataka pacijenta: ime i prezime, datum rođenja, spol, gestacijska dob		
5.4.	Odabir između više prekonfiguriranih prikaza ekrana		
5.5.	Prikaz trendova na upravljačkom sučelju u trajanju od barem 7 dana za sljedeće parametre: centralna i periferne temperature pacijenta, temperatura madraca, snage grijača, težine pacijenta		
6.	Integriran "Apgar" brojač i štoperica		
7.	Integriran modul za reanimaciju i respiratornu potporu pacijenta sa sljedećim karakteristikama:		
7.1.	Prodisavanje pacijenta na T-nastavak i opcija automatske ventilacije		
7.2.	Integrirani mješač plinova, podešavanje koncentracije kisika u minimalnom rasponu od 21-100%		
7.3.	Minimalno dva izlaza protoka za istovremeno spajanje ručnog balona za ventilaciju i 15 mm respiratornih cijevi		
7.4.	Podesiv protok u minimalnom rasponu od 0 do 15 L/min		
7.5.	Manometar tlaka u dišnim putovima		
7.6.	Podesivi parametri:		
7.6.1.	PEEP u maksimalnom rasponu od 0 do 14 mbara (cm H ₂ O)		
7.6.2.	PIP u maksimalnom rasponu od 0 do 40 mbara (cm H ₂ O)		
7.6.3.	Frekvencija disanja u minimalnom rasponu od 18 do 60 udisaja/min		
8.	Integriran bronhijalni aspirator pogonjen komprimiranim zrakom		
8.1.	Podesivi vakuum u maksimalnom rasponu 0 do -150 mmHg		
8.2.	Minimalni protok sukcije 16L /min		
9.	Integrirana vaga minimalnog mjernog raspona 200-13000 g, točnosti i razlučivosti ±10g		
10.	Integrirana Masimo pulsna oksimetrija		
10.1.	Prikaz vrijednosti saturacije, srčane frekvencije, perfuzijskog indeksa		
10.2.	Tablica ciljanih SpO ₂ vrijednosti sinkroniziranih s APGAR brojačem		
12.	Sučelja: komunikacijsko sučelje s adekvatnim protokolom za prijenos mjerenih podataka, USB sučelje za prijenos podataka, servisno sučelje		
13.	Alarmi i sigurnosni sustavi:		
13.1.	Vizualni i zvučni alarmi, razlikovanje minimalno 3 razine važnosti alarma		
13.2.	Prikaz poruke alarma na ekranu uređaja s prikazom potencijalnog uzroka i preporuke za rješavanje problema		
13.3.	Sigurnosna tipka za zaključavanje sučelja		
14.	Priključak sa crijevom za dobavu kisika i komprimiranog zraka, priključak izveden prema standardu DIN, minimalna duljina 3 m		
15.	Napajanje električnom energijom iz mreže 220 V/50 Hz.		
16.	Dodatni pribor: klizne šine s obje strane uređaja za prihvat dodatne opreme, dvije ladice s mogućnošću zakretanja, jednokratne cijevi za pacijenta, set od minimalno 10 kom, set jednokratne posude za sekret zapremnine minimalno 500 ml s integriranim filterom		
OSTALI UVJETI			
II.	Jamstvo (minimalno 2 godine od isporuke) _____		

III.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina)	
IV.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa	
CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST		

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)