

U nastavku je detaljan opis zahtjeva uređaja koji je predmet nabave najma. Ponuditelj je dužan popunjenu tablicu priložiti u ponudi. U tablici je obavezno za svaku točku zahtjeva potvrditi tehničku karakteristiku s DA ili NE. Ako ponuda ne zadovoljava sve tehničke karakteristike, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

Opis uređaja za korištenje Donopa plina	Potvrda tehničkih karakteristika DA ili NE
Pokretni sustav za odzračivanje namijenjen odzračivanju, odnosno preuzimanju izdaha pacijenta tijekom terapije mješavinom plina koja se sastoji od 50% dušičnog oksidula i 50% kisika te eliminiranju ispuštenog plina u vanjski prostor	
Jedinica za odzračivanje, unutar koje se nalazi turbina koja se aktivira senzorom diferencijalnog tlaka	
LCD ekran s kontrolom parametara udisaja i izdisaja	
TIMER za kontrolu vremena doziranja	
Podešavanje datuma i sata	
USB port za prijenos podataka	
Mogućnost spajanja na WiFi	
Kolica za premještanje jedinice za odzračivanje i dvaju boca s medicinskim plinom	
Ormarić za potrošne dijelove uređaja, za cijevi, maske i ventile	
Zaštita za boce s medicinskim plinom u stražnjem dijelu kolica, radi sprječavanja ispadanja boca	
Kočnice ugrađene u prednje kotače radi sprječavanja slučajnog pomicanja uređaja tijekom terapije	
Dimenzije (Š x V x D) u mm: 630 x 950 x 650	
Težina: 40 kg	
Maksimalna nazivna snaga: 0,1 KW	
Nazivni napon strujnog napajanja / frekvencija: 230/50 V/Hz	
Razina zvučnog tlaka: <50 dB	
Statički tlak: 7400 Pa	
Maksimalni protok: 400 L/min	
Ø Promjer cijevi za odvod analgetika: 22 mm	
Ventil za primjenu Donopa Easy II	

Datum _____

Ponuditelj _____

Ime i prezime ovlaštene osobe _____

M.P.

Potpis ovlaštene osobe _____