



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/21-01/1038 SR
Ur.broj: 2189-43-06/3-21-2
Virovitica, 4. ožujak 2021.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur.broj: 2189-43-01-5620/2 od 13. srpnja 2017., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Krevet bolesnički s elektronskom vagom i madracom za potrebe Odjela za neurologiju – 1 kom**
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 29.600,00 kn (bez PDV-a)
- Evidencijski broj nabave: 31/21.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za neurologiju
- Rok isporuke: 30 kalendarskih dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 30 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa za isporučenu i ugrađenu opremu. Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.
Cijena ponude piše se brojkama.
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

– Rok za dostavu ponude: **15. ožujak 2021. godine do 8:00 sati** na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

– Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi: **"Krevet bolesnički s elektronskom vagom i madracem"**
- naznaka „ne otvaraj “

– **Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:** Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi svog poslovnog nastana. Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvotka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

– **Razlozi za isključenje:** Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja.

– Ponuditelj je obvezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- presliku izvotka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku.

S poštovanjem

Ravnatelj
Opće bolnice Virovitica
Dinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
ZA KREKET BOLESNIČKI S ELEKTRONSKOM VAGOM I MADRACEM
ZA POTREBE ODJELA ZA NEUROLOGIJU

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
- OIB¹ _____
- broj računa _____
- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
- adresa za dostavu pošte _____
- adresa e-pošte _____
- kontakt osoba ponuditelja _____
- broj telefona _____ broj faksa _____
- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Troškovnik
ZA KREKET BOLESNIČKI S ELEKTRONSKOM VAGOM I MADRACEM
ZA POTREBE ODJELA ZA NEUROLOGIJU

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	Krevet bolesnički s elektronskom vagom i madracem	1 kom		
	SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.1.	Konstrukcija kreveta izrađena iz čeličnog okvira završno obrađena praškastom bojom elektrostatskim postupkom sa antibakterijskom zaštitom BioCote®, pokriven ABS pokrovom			
1.2.	Četverodijelna ležajna ploha: 3 dijela izrađena od ABS plastike sa okruglim rubovima i integriranim graničnicima za madrac, koja se može skidati radi pranja i dezinfekcije, uzglavlje izrađeno iz plastičnog laminata – HPL-a propusno za RTG zrake sa šinama za RTG kazetu			
1.3.	Čelo uzglavlja fiksne visine i integrirano na konstrukciju kreveta			
1.4.	Kontrolna ploča (panel) sa tipkama za položaje – s mogućnošću zaključavanja pozicija na ručnom daljinskom upravljaču pacijenta			
1.5.	Ručni daljinski upravljač			
1.6.	Električno podešavanje uzglavnog i bedrenog dijela ležišta te simultano podešavanje uzglavnog i bedrenog dijela ležišta			
1.7.	Ručno podešavanje nožnog dijela			
1.8.	Električno podešavanje visine ležajne plohe – sistem "škara"			
1.9.	Električno podešavanje Trendelenburg/Antitrendelenburg položaja			
1.10.	Podešavanje pozicije kardiološkog stolca, pozicije za pregled, pozicije za reanimaciju (CPR) i antišok pomoću programirane tipke			
1.11.	Programirana tipka za siguran silazak sa kreveta			
1.12.	Integrirani produžetak kreveta			
1.13.	Električna pedala za podešavanje visine na obje strane kreveta			
1.14.	Na uglovima kreveta kod stranica 4 zaštitna odbojnika za zaštitu od udaraca			

1.15.	Na obje strane međuokvira metalna šipka s držačem za pribor s po minimalno dvije pokretne klizne kuke, svaka kuka kapaciteta minimalno 3 kg (za vrećicu za urin)		
1.16.	Maksimalna apsorbirana snaga: 370 VA		
1.17.	Klasa izolacije: I - TIP: B		
1.18.	Konektor za izjednačavanje potencijala		
1.19.	Integriran sustav električnog vaganja s elektroničkim zaslonom na području oslonca za noge, s desne strane pacijenta		
1.20.	Zaslon		
1.20.1.	Prikaz težine na zaslonu: alfa numerički 6-znamenasti		
1.20.2.	Led: 8 ikona s pozadinskim osvjetljenjem koje pokazuju jesu li funkcije aktivirane ili ne i pružaju li informacije		
1.20.3.	Tipkovnica: 9 višenamjenskih tipki za upravljanje izbornikom i postavke sustava za vaganje		
1.20.4.	Zero ključ: ručno vraća postavku težine na nulu prije pristupa pacijenta krevetu ili kada operater smatra potrebnim		
1.20.5.	Dodati/ukloniti ključ težine: poništava težinu tijekom ciklusa vaganja		
1.20.6.	Ručni ključ tare: postavljanje "tare" izravno s tipkovnice		
1.20.7.	Alarm za podešavanje ključa praga (zvučni/vizualni), praćenje povećanja/smanjenja težine pacijenta		
1.20.8.	Alarm izlaza bolesnika: zvučno/vizualno radi praćenje silaska pacijenta iz kreveta		
1.20.9.	Alarm kod nastalog problema bolesnika (zvučni/vizualni) za praćenje i izvještavanje o naglim i ponovljenim pokretima pacijenta na površini kreveta tijekom određenog vremenskog razdoblja		
1.20.10.	Alarm predviđenog izlaza (zvučni/vizualni) za kontrolu pokušaja pacijenta da napusti krevet bez obzira jesu li tračnice podignute ili spuštene		
1.20.11.	Mogućnost zamrzavanja težine radi pohranjivanja podataka o težini pacijenta, vremenu i datumu		
1.20.12.	Vizualizacija tare		
1.20.13.	Izbor jezika: minimalno engleski jezik		
1.21.	Platforma madraca dimenzija: minimalno 200x88 cm		
1.21.1.	Visina platforme madraca (s promjerom kotača 125mm): minimalno 39 cm, maksimalno 79 cm		

1.21.2.	Podešavanje prijeloma koljena: 0 ° - 30 °		
1.21.3.	Podešavanje za noge: od -10 ° do + 10 °		
1.21.4.	Mogućnost postavljanja u Trendelenburg/Antitrendelenburg položaj u rasponu od + 16° / -16°		
1.22.	Težina kreveta (bez pribora): maksimalno 150 kg		
1.23.	Sigurno radno opterećenje: minimalno 300 kg		
1.24.	Cjelokupni stupanj zaštite: IPX4		
1.25.	Mrežni napon: 230 V +/- 10%, 50 HZ transformirano u 24 V		
1.26.	Maksimalna apsorbirana snaga: 370 VA		
1.27.	Klasa izolacije: I, TIP: B		
1.28.	Krevet opremljen konektorom za izjednačavanje potencijala		
1.29.	Sustav za vaganje		
1.29.1.	Minimalno 4 senzora, integriranih u strukturu kreveta		
1.29.2.	Maksimalni kapacitet 300 kg div. 200kg		
1.29.3.	Precizni razred III		
1.29.4.	Stupanj zaštite: IPX4		
1.29.5.	Napajanje: 12 Vcc integrirano u strukturu kreveta		
1.29.6.	Apsorpcija maksimalno 5 W		
1.29.7.	Radna temperatura: minimalno 5 °C, maksimalno 40 °C (pri vlažnosti minimalno 70%)		
1.29.8.	Snažne ćelije opterećenja: 5Vcc / 240mA		
1.29.9.	U skladu s propisima: IEC60601-1-2, EN45501: 2015		
1.29.10.	Uvjerjenje o EU ispitivanju tipa br. 0200-NAWI-05997		
1.29.11.	Primijenjene tehničke norme: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2; UNI CEI EN 60601-2-52.		
1.29.12.	Tehničke norme primijenjene na sustav vaganja: EN 45501		
1.30.	Medicinski proizvod u skladu s ISO 9001, ISO 13485 i ISO 14001		

1.31.	Trapez s rukohvatom		
1.32.	Infuzijski stalak s 4 kuke, izrađen od inoxa		
1.33.	Medicinski madrac jednodijelni, paropropustan, sigurno radno opterećenje od 0 kg do minimalno 150 kg, faktor sag 2,76, gustoće 30 kg/m³, od otvorene stanične nedeformirajuće poliuretanske pjene, bez lateksa, radioprozirni proizvod		
1.33.1.	Presvlaka: jednodijelna, vodonepropusna, paropropusna, bielastična, antistatička, obrađena bakterijskim i fungistatičkim sustavom, izrađena od mikroporozne poliuretanske membrane i unutarnjeg nosača od poliesterske mreže		
1.33.2.	CE oznaka, standardi performansi certificirani UNI 10707: 2003, certificiran za indeks udobnosti i antidekubitusa, certificiran u klasi vatrootpornosti 1 IM		
OSTALI UVJETI			
2.	Naziv proizvođača, modela, kataloški broj:		
3.	Godina proizvodnje:		
4.	Jamstvo (minimalno 12 mjeseci od isporuke):		
5.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina)		
6.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa:		
UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST			

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)