



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/21-01/1088 DL
Ur.broj: 2189-43-06/2-21-2
Virovitica, 9. ožujka 2021.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur.broj: 2189-43-01-5620/2 od 13. srpnja 2017., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- **Predmet nabave: Mikrotom s hladnom pločom i toplom kupelji**
- **Procijenjena vrijednost predmeta nabave:** 103.000,00 kn
– planirana vrijednost predmeta nabave iznosi 128.750,00 kn s PDV-om
- **Evidencijski broj nabave:** 33/21.
- **Mjesto izvršenja isporuke:** Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21
- **Rok isporuke:** do 6 tjedana od datuma sklapanja ugovora
- **Rok, način i uvjeti plaćanja:** na temelju primopredajnog zapisnika i ispostavljenog elektroničkog računa za u cijelosti isporučeni i stavljeni u funkciju predmet nabave, u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- **Način određivanja cijene ponude:** Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica, stavljanje u funkciju i edukaciju za rad osoblja naručitelja te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena je nepromjenjiva.
- **Kriterij za odabir ponude:** Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave koji u potpunosti udovoljava traženim tehničkim karakteristikama predmeta nabave
- **Jezik i pismo za izradu ponude:** Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- **Rok valjanosti ponude:** Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- **Način izrade ponude:** Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

– **Rok za dostavu ponude: 19. ožujka 2021. godine do 10:00 sati** na adresu: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

– **Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:**

- naziv i adresa ponuditelja
- naziv i adresa naručitelja
- naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi:
Ponuda: ... i, EV. br. 33/21.
- naznaka: „**NE OTVARAJ**”

– **Razlozi za isključenje:**

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od datuma ovog Poziva (možete dostaviti u kopiji).

– **Provjera sposobnosti:**

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

– **Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:**

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača (koji može biti i na drugom stranom jeziku), u kojem mora biti jasno označen, naznačen prospektni ili kataloški broj ili oznaka koja se odnosi na ponuđeni predmet nabave, a iz kojeg je vidljivo da je ponuđeno istih ili boljih tehničkih karakteristika od navedenih u troškovniku.

– **Osoba ili služba zadužena za kontakt:**

Upiti u svezi postupka nabave, pojašnjenje Poziva i slično upućuju se Odsjeku nabave:
Davorka Louvar, dipl.oec., tel. 033/747-306, nabava@bolnica-virovitica.hr.

S poštovanjem

Ravnatelj
Opće bolnice Virovitica
Đinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

**PONUDBENI LIST
ZA MIKROTOM S HLADNOM PLOČOM I TOPLOM KUPELJI**

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
- OIB _____
- broj računa (IBAN) _____
- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
- adresa za dostavu pošte _____
- adresa e-pošte _____
- kontakt osoba ponuditelja _____
- broj telefona _____ broj faksa _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ kn
3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ kn
4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude (u danima, ne kraći od 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda) _____
6. Rok isporuke od datuma primitka sklapanja ugovora, u tjednima (ne duže od 6 tjedna) _____
7. Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima _____
8. Servis i rezervni dijelovi osigurani kod (naziv i adresa) _____
9. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

**TROŠKOVNIK ZA
MIKROTOM S HLADNOM PLOČOM I TOPLOM KUPELJI**

Red. br.	OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	POTVRDA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) Obvezno upisati i broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi
1.	OSNOVNI ROTACIJSKI MIKROTOM	
1.1.	Ergonomični dizajn koji pomaže pri brzom i sigurnom rezanju	
1.2.	Izbor za retrakciju od 40 µm i mogućnost isključenja opcije	
1.3.	Kontrolna ploča se može postaviti na obje strane uređaja	
1.4.	Mogućnost promjene prikaza u uvećana slova	
1.5.	Debljina finih rezova: 0.5 do 100 µm	
1.6.	Vertikalni hod: minimalno 72 mm	
1.7.	Horizontalni hod: minimalno 28 mm	
1.8.	Opcija automatskog trimminga od 5 do 500 µm	
1.9.	Fino namještanje uzoraka na 2 osovine (X i Y)	
1.10.	Otpadna tacna volumena minimalno 2400 mL	
1.11.	Mogućnost namještanja brzine prilaska uzorka jednim dugmetom	
1.12.	Orijentacija uzorka univerzalno 8° i moguća rotacija od 360°	

**TROŠKOVNIK ZA
MIKROTOM S HLADNOM PLOČOM I TOPLOM KUPELJI**

Red. br.	OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	POTVRDA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) Obvezno upisati i broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi
1.13.	Kotač za rezanje se može zakočiti	
1.14.	Opcija memoriranja položaja za rutinsko rezanje	
1.15.	Opcija brojanja rezova	
1.16.	Univerzalni držač za kazete	
1.17.	Držač za britvice	
1.18.	Maksimalne dimenzije uređaja: 55x45x30 cm (dxšxv)	
1.19.	Maksimalna težina: 30 kg	
2.	HLADNA PLOČA	
2.1.	Maksimalna potrošnja: 260 W	
2.2.	Raspon temperature (pri ambijentalnoj temperaturi): +5° C do -18° C	
2.3.	Vanjske dimenzije maksimalno: 260 x 370 x 475 mm (vxšxd)	
2.4.	Minimalne dimenzije ploče: 100 x 340 x 200 mm (vxšxd)	
2.5.	Sustav za hlađenje s kompresorom, regulatorom temperature, ventilatorom	
2.6.	Digitalni prikaz temperature	

**TROŠKOVNIK ZA
MIKROTOM S HLADNOM PLOČOM I TOPLOM KUPELJI**

Red. br.	OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	POTVRDA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) Obvezno upisati i broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi
2.7.	Maksimalna težina: 17 kg	
2.8.	Kapacitet: minimalno 60 kazeta	
3.	TOPLA VODENA KUPELJ	
3.1.	Okrugla posuda za vodu, unutarnji promjer minimalno 21 cm	
3.2.	Vanjski promjer maksimalno: 33 cm	
3.3.	LED svijetlo u kupelji	
3.4.	Digitalni ekran osjetljiv na dodir	
3.5.	Temp. područje: 20 – 80 °C (± 1°C)	
3.6.	Minimalni volumen: 2 L	
3.7.	Maksimalna potrošnja: 270W	
3.8.	Težina maksimalno: 1.5 kg	
3.9.	Maksimalne vanjske dimenzije: Promjer: 33 cm, visina 95 mm	

Datum_____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)