



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Gajeva 21, 33 000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
OIB: 82844035780
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/21-01/5043
Ur.broj: 2189-43-06/2-21-2
Virovitica, 22. prosinca 2021.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur.broj: 2189-43-01-5620/2 od 13. srpnja 2017., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Uspostava i održavanje programa osiguranja kvalitete pri primjeni izvora ionizirajućih zračenja u Općoj bolnici Virovitica**
- Evidencijski broj nabave: 21/21.
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 48.000,00 kn (bez PDV-a)
- Opis predmeta nabave/usluge:
 1. Provedbu redovnih godišnjih ispitivanja dijagnostičkih rendgenskih uređaja prema kriterijima koji se navode u Prilogu 3. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18) (u daljnjem tekstu Pravilnik 53/18), temeljem ovlaštenja MUP-a, Ravnateljstvo civilne zaštite, za obavljanje poslova radiološke sigurnosti.
 2. Provedbu prihvatnih ispitivanja i izvanrednih ispitivanja uređaja i opreme iz članka 15. stavak 1. Pravilnika 53/18, temeljem ovlaštenja MUP-a, Ravnateljstvo civilne zaštite, za obavljanje poslova radiološke sigurnosti.
 3. Provedbu mjesečnih provjera dijagnostičkih rendgenskih uređaja prema kriterijima koji se navode u Prilogu 3. Pravilnika 53/18, temeljem ovlaštenja MUP-a, Ravnateljstvo civilne zaštite, za obavljanje poslova radiološke sigurnosti.
 4. Mjerenja brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta u okolišu izvora ionizirajućeg zračenja, na mjestima rada radnika te na vanjskoj strani prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten ili na drugim položajima sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, ovisno o mjestu uporabe i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja uz navođenje vrste i kvalitete ionizirajućeg zračenja a u okviru radiološkog nadzora mjesta rada, a sukladno članku 12. Pravilnika 53/18, temeljem ovlaštenja MUP-a, Ravnateljstvo civilne zaštite, za obavljanje poslova radiološke sigurnosti.
 5. Ispitivanje dijagnostičkih monitora sukladno kriterijima koji se navode u Prilogu 3. Tablica 10. Pravilnika (53/18), te ostalih sastavnica dijagnostičkog lanca sukladno zahtjevu članka 15. Pravilnika (53/18).
 6. Provedba ispitivanja ispravnosti osobnih zaštitnih sredstava sukladno članku 49. Pravilnika 53/18 te u skladu s točkom 11. Programa osiguranja kvalitete Naručitelja.

7. Izrada i osuvremenjivanje dokumenata iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i medicinske fizike u sklopu obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja uključivši:
 - Analiza rizika;
 - Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja;
 - Program osiguranja kvalitete pri obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini;
 - Elaborate zaštite od ionizirajućeg zračenja (prema potrebi) za slučaj prenamjene prostorija, proširenja djelatnosti, provedbu građevinskih radova u prostorijama u kojima se smješteni izvori ionizirajućeg zračenja i sl.;
 - Procjene izlaganja izloženih radnika i stanovnika temeljeno na ispitivanjima u okviru radiološkog nadzora mjesta rada;
8. Provedba dozimetrijskih mjerenja i izračuna neophodnih pri uspostavi lokalnih (vlastitih) dijagnostičkih referentnih razina (DRL, diagnostic reference levels) i predlaganje korektivnih mjera ako su potrebne, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18);
9. Suradnja u sklopu optimizacije radiološkog dijagnostičkog pregleda i/ili intervencijskog postupka (uključuje kvalitetu slike, ponovljene snimke i dozu pacijenta);
10. Edukaciju djelatnika koji sudjeluju u provedbi radioloških dijagnostičkih pregleda i/ili intervencijskih postupaka iz područja optimizacije i kontrole kvalitete za svaku vrstu radiološkog pregleda i/ili intervencijskog postupka u provedbi kojeg sudjeluju te radiološku opremu uključenu u proces;
11. Raspoloživost Stručnjaka za medicinsku fiziku potvrđenog od strane nadležnog tijela državne uprave, za savjetovanje o dozimetriji pacijenta i optimizaciji te drugim aspektima zaštite od ionizirajućeg zračenja a vezano uz medicinsko ozračenje, uključujući procjenu doze ploda u slučaju ozračenja trudnice, sukladno članku 27.b, Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18).
12. Raspoloživost Stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, potvrđenog od strane nadležnog tijela državne uprave, za savjetovanje o zaštiti profesionalno izloženih radnika i stanovnika, provedbu kategorizacije radnih mjesta te izradu dokumenata i elaborata iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja, sukladno članku 37.a, Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18).
13. Provedba preispitivanja klasifikacije izloženih radnika na kategoriju A i kategoriju B radnika, za izložene radnike koji već posjeduju početnu klasifikaciju. Klasifikacija izloženih radnika za novozaposlene radnike provodi se u kontinuitetu, na zahtjev naručitelja, tijekom roka valjanosti ugovora.
14. Savjetovanje ili posredovanje Stručnjaka za medicinsku fiziku i Stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u nabavci opreme potrebne za provedbu provjere kvalitete i ostale opreme potrebne za postizanje optimalne dijagnostičke informacije, sukladno članku 27.b Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18);
 - Rok izvršenja usluge: tijekom 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora
 - Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje u 12 jednakih mjesečnih rata, u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
 - Kriterij za odabir ponude: kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
 - Jezik i pismo za izradu ponude: ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

- Rok valjanosti ponude: minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Početak postupka nabave započinje od prvog sljedećeg dana nakon objave ovog poziva na internetskoj stranici naručitelja.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom). Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
- Rok za dostavu ponude: **3. siječnja 2022. godine do 8:00 sati** na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 preporučenom poštom ili osobnom dostavom.
- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
 - naziv i adresa ponuditelja
 - naziv i adresa naručitelja
 - naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi – **Uspostava i održavanje programa osiguranja kvalitete pri primjeni izvora ionizirajućih zračenja**
 - naznaka „**ne otvaraj**“
- Provjera sposobnosti:

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

 - naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja

Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje traženih poslova.
- Razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne starije od 60 dana od dana objave ovog poziva.
- Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:
 - Ponudbeni list
 - dokaz da ne postoji razlog za isključenje

S poštovanjem

Ravnatelj
Opće bolnice Virovitica
Dinko Blažević, dipl.oec.

Privitak:

- Ponudbeni list



Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
ZA USPOSTAVU I ODRŽAVANJE PROGRAMA OSIGURANJA KVALITETE
PRI PRIMJENI IZVORA IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA
U OPĆOJ BOLNICI VIROVITICA

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____

- adresa _____

- OIB¹ _____

- broj računa _____

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE

- adresa za dostavu pošte _____

- adresa e-pošte _____

- kontakt osoba ponuditelja _____

- broj telefona _____ broj faksa _____

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo