



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Klasa: 510-03/22-01/518 DL
Ur.broj: 2189-43-06/2-21-2
Virovitica, 10. veljače 2022.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Klasa: 510-03/21-01/4987, Urbroj: 2189-43-06/2-21-11 od 21. prosinca 2021. godine, Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave: EKG uređaji, 12-kanalna elektrokardiografija sa LCD ekranom – 4 komada

Predmet nabave podijeljen je na grupe:

1. grupa: EKG uređaj proizvođača Schiller 2 komada
- za potrebe OHBP-a 1 kom i za potrebe Poliklinike Službe internističkih djelatnosti 1 komad
2. grupa: EKG proizvođača Nihon Kohden 1 komad
- za potrebe Poliklinike Službe internističkih djelatnosti
3. grupa: EKG uređaj proizvođača Edan 1 komad
- za potrebe Odjela za neurologiju

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 93.000,00 kn (bez PDV-a)

za 1. grupu: EKG uređaj proizvođača Schiller (2 komada)	67.600,00 kn
za 2. grupu: EKG proizvođača Nihon Kohden (1 komad)	15.000,00 kn
za 3. grupu: EKG uređaj proizvođača Edan (1 komad)	10.400,00 kn

Evidencijski broj nabave: 44/22.

Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21:

1. grupa: OHBP i Poliklinika Službe internističkih djelatnosti
2. grupa: Poliklinika Službe internističkih djelatnosti
3. grupa: Odjela za neurologiju

Rok isporuke: do 60 dana od datuma potpisa ugovora o nabavi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja e-računa i primopredajnog zapisnika. Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.

Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu predmeta nabave.

Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu. Cijena ponude piše se brojkama. Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.

Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave koji u potpunosti udovoljava traženim tehničkim karakteristikama

Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom

Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude. Početak postupka nabave započinje od prvog sljedećeg dana nakon slanja ovog poziva na adrese gospodarskih subjekata.

Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom). Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Rok za dostavu ponude: 25. veljača 2022. godine do 10:00 sati na adresu: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21 preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja
- naziv i adresa naručitelja
- naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi:
Ponuda za EKG uređaj, za GRUPU BR. _____
EV. br. 44/22.
- naznaka: „NE OTVARAJ“

Razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu ne postojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od datuma ovog Poziva (možete dostaviti u kopiji).

Provjera sposobnosti:

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

Ponuditelj je obvezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača na hrvatskom jeziku, u kojem mora biti jasno označen, naznačen prospektni ili kataloški broj ili oznaka koja se odnosi na ponuđeni predmet nabave, a iz kojeg je vidljivo da je ponuđeno istih ili boljih tehničkih karakteristika od navedenih u troškovniku

Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Upiti u svezi postupka nabave, pojašnjenje Poziva i slično upućuju se Odsjeku nabave: Davorka Louvar, dipl.oec., tel. 033/747-306, nabava@bolnica-virovitica.hr.

S poštovanjem

Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Ravnatelj
Opće bolnice Virovitica
Dinko Blažević, dipl.oec.



Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
1. GRUPA
EKG UREĐAJ (2 KOM)
PROIZVOĐAČA SCHILLER

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____

- adresa _____

- OIB¹ _____

- broj računa _____

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE

- adresa za dostavu pošte _____

- adresa e-pošte _____

- kontakt osoba ponuditelja _____

- broj telefona _____ broj faksa _____

- ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

**Troškovnik
 1. GRUPA**

RED. BR.	Opis predmeta nabave	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	EKG UREĐAJ - 12 kanalni	2 kom		
	SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.1.	Zaslon osjetljiv na dodir, LCD displej 8"			
1.2.	Težina 1,1 kg uključujući papir			
1.3.	Dimenzije 230x160x30 mm			
1.4.	Kapacitet baterije 3 sata			
1.5.	Vanjsko napajanje			
1.6.	Sučelje: LAN, WLAN, USB			
1.7.	Interna memorija 350 snimaka			
1.8.	Detekcija pacemakera			
1.9.	Automatski način rada			
1.10.	Ručni ispis u stvarnom vremenu			
1.11.	Simultana analiza svih 12 odvoda			
1.12.	Prikaz svih 12 odvoda na displeju			
1.13.	Prikaz EKG-a na ekranu			

1.14.	Valni oblici prikazani različitim bojama		
1.15.	Termalni papir: Z-presavijeni, širine 104 mm		
1.16.	EMR sučelje u kombinaciji sa SEMA		
1.17.	XML/PDF prijenos u kombinaciji sa SEMA		
1.18.	DICOM/HL7 prijenos (opcija)		
1.19.	Uključen standardni pribor		
1.20.	Uključena premium kolica za EKG uređaj		
2.	Model:		
3.	Godina proizvodnje		
4.	Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora, u danima (ne duži od 60 dana)		
5.	Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima (ne kraće od 24 mjeseci)		
6.	Servisna podrška osigurana kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 10 godina) (navesti ponuđeni broj godina)		
7.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa		
UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST			

Datum

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
2. GRUPA
EKG UREĐAJ
PROIZVOĐAČA NIHON KOHDEN

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____

- adresa _____

- OIB² _____

- broj računa _____

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE

- adresa za dostavu pošte _____

- adresa e-pošte _____

- kontakt osoba ponuditelja _____

- broj telefona _____ broj faksa _____

- ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

² Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

Troškovnik
2. GRUPA

RED. BR.	Opis predmeta nabave	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	EKG UREĐAJ - 12 kanalni	1 kom		
	SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA		PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)	
1.1.	Automatski ispis svih 12 odvoda EKG-a na 63 mm širokom termo papiru			
1.2.	Program interpretacije			
1.3.	4,8" LCD ekran za prikaz svih 12 odvoda EKG –a odjednom			
1.4.	AC/DC operativni sustav			
1.5.	Brzina snimanja 25 ili 50 mm/sek			
1.6.	Elektronska kontrola osnovne linije svakog kanala pojedinačno s ili bez uključenog AC filtera			
1.7.	AKU-baterija ugrađena u sustav za mogućnost prenosivosti aparata			
1.8.	Momentalni početak ispisa EKG-a odmah po pritisku samo jedne tipke			
1.9.	Zamjena papira pritiskom samo na jednu tipku			
1.10.	Automatsko produženje ispisa EKG-a pri detekciji arrhythmia-e			
1.11.	Utor za priključenje SD memorijske kartice za pohranu EKG snimki			
1.12.	Ukupna težina 1,7 kg s ugrađenom baterijom			

1.13.	Komplet pribor: pacijent kabel 10-žilni, odrasle/dječje prsne elektrode 6 kom, odrasle/dječje elektrode sa štipaljkama za ekstremite, mrežni kabel, punjiva baterija, termo papir, uputstvo za uporabu na hrvatskom jeziku		
1.14.	Kolica za EKG uređaj		
1.15.	Nosač pacijent kabela za EKG uređaj		
2.	Model:		
3.	Godina proizvodnje		
4.	Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora, u danima (ne duži od 60 dana)		
5.	Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima (ne kraće od 24 mjeseci)		
6.	Servisna podrška osigurana kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 10 godina) (navesti ponuđeni broj godina)		
7.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa		
UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST			

Datum

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica

PONUDBENI LIST
3. GRUPA
EKG UREĐAJ
PROIZVOĐAČA EDANN

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
- adresa _____
 - OIB³ _____
 - broj računa _____
 - ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti): DA NE
 - adresa za dostavu pošte _____
 - adresa e-pošte _____
 - kontakt osoba ponuditelja _____
 - broj telefona _____ broj faksa _____
 - ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost _____ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost _____ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _____ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude _____

6. Broj ponude _____

Datum _____

MP

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

³ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

**Troškovnik
3. GRUPA**

RED. BR.	Opis predmeta nabave	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	EKG UREĐAJ - 12 kanalni	1 kom		
	SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)	PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUĐITELJA)	
1.1.	Istovremeni ispis 12 kanala			
1.2.	Termo papir-rola ili slog Z FOLD širine 216/210 mm			
1.3.	7" color monitor na dodir			
1.4.	Alfanumerička tipkovnica			
1.5.	Pritiskom na jednu tipku započinje i završava snimanje EKG-a			
1.6.	Kliničke performanse			
1.7.	Automatska mjerenja i interpretacija			
1.8.	Printanje aritmije-ritamska analiza			
1.9.	Mogući izbor printanja-priključak na vanjski printer, USB komunikacija			
1.10.	Interna memorija 200EKG, moguća printanja USB-disk-SD kartica			
1.11.	Prijenos podataka u PC LAN/WiFi			
2.	Model:			

3.	Godina proizvodnje	
4.	Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora, u danima (ne duži od 60 dana)	
5.	Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima (ne kraće od 24 mjeseci)	
6.	Servisna podrška osigurana kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 10 godina) (navesti ponuđeni broj godina)	
7.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa	
UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST		

MP

Datum

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)